


2025 年采购项目需求书
(医用耗材类)

一、申购项目采购需求

项目名称	持续葡萄糖监测系统		
预算编码	YXZ20250342	归口管理部门 项目) 经办人及电 话	柳淑婧 87393499
预估年用量	200 盒		
限高价	不高于四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统中相应产品的挂网最低价和需求调查时相应产品的报价。		
项目概况	详见附件 1《耗材入院申请表》		
院长办公会 会议期数	2025 年 36 期		
采购方式	☒ 价格联动采购 ☐ 备案采购 ☐ 带量采购 ☐ 非挂网采购		
采购品清单	☒ 单项品牌	耗材名称：持续葡萄糖监测系统 注册证及规格型号：国械注进 20233070538; FreeStyle Libre 2 商品代码(S)：S322400	



		单位及限高价（元/盒）： 680 生产厂家：英国雅培糖尿病护理公司
	☐ 多项品牌	品牌 1： 耗材名称： 注册证及规格型号： 商品代码(S)： 产品 ID(G)： 单位及限高价（元）： 生产厂家：
		品牌 2： 耗材名称： 注册证及规格型号： 商品代码(S)： 产品 ID(G)： 单位及限高价（元）： 生产厂家：
服务要求 (送货、退货等 要求)	乙方应按照甲方采购计划要求供货到位（甲方指定位置）。按实结算，按照我院财务制度及医学装备部入库流程进行（若为计费耗材，入库时，乙方还需在最小计价单元上打印或粘贴可供甲方扫码计费的条码/二维码）。服务期：合同签订之日起，至 2027 年 12 月 31 日。	
验收要求	所供耗材原产地真实，医用耗材是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准）。	
特殊商务要求 (特殊服务期限 及备货要求等)	若产品属于四川省阳光挂网目录内产品，则所投产品必须在四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统挂网；若参选产品被纳入备案采购，需提供备案采购相关产品信息，后期若备案采购申请成功再行签订合同。（若不属于挂网目录内产品，请忽略此条要求）	
其他要求	无	

二、签字栏

归口部门科干、支委会签字	马超珠 郭静, 邵东林 袁国武 王明 刘世 叶德林 2025年 9月 1日
归口部门负责人签字	袁 李刚 2025.9.2. 2025年 9月 1日
归口部门分管院领导签字	袁 1/9 2025年 月 日

备查

四川省人民医院医用耗材入院申请表



① 基本信息	申请科室名称	内分泌科	申请人及电话	杨艳18981838299		
	申请耗材名称（产品注册名）	持续葡萄糖监测系统				
	应用于主要病种名称 ^{ICD-10} （通科类耗材无需填写）	通科材料	应用于主要手术操作名称 ^{ICD-9} （通科类耗材无需填写）	通科材料		
	申购理由（简述）	科室现有品牌无法实现内分泌门诊和全院的血糖管理，引进新产品填补此项空缺。				
	申请耗材国内已开展使用的医院（例举）	北京协和医院、北京大学人民医院、复旦大学附属中山医院等				
	申请耗材适应症（即产品适用范围/产品用途）	该产品可连续或定期检测糖尿病患者（4周岁及以上）的组织间液葡萄糖水平，可提供并储存实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势，如葡萄糖水平低于或高于预设值，该产品可发出提醒。				
② 市场调研前填写信息	一 申购新医用耗材物价医保信息					
	是否纳入医保支付范围	☐ 是 ☒ 否		是否可单独收费	☒ 是 ☐ 否	
	若无法单独收费，是否可按项目收费（可单独收费项目本行不勾选）				☐ 是 ☐ 否	
	二 在院同类耗材品牌信息					
	在院同类耗材名称（临购产品除外）		规格	厂家		进价
	1	持续葡萄糖监测系统	FreeStyle Libre H	雅培（贸易）上海有限公司		745
	2	持续葡萄糖监测系统	MD-JY-006	上海移宇科技有限公司		450
	3					
	若我院无同类耗材，请填写针对此病种及操作目前在用耗材名称（临购产品除外）		规格	厂家		进价
	4	无				
	5					
	三 申购新医用耗材类别 ☐ 护理类 ☒ 非护理类					
	替代原用产品 ☒	说明	替代上述第（1）序号在用耗材			
	产品升级换代 ☐	说明	停用原代第（）序号在用耗材			
	原注册证增加规格型号 ☐	说明	增加上述第（）序号在用耗材规格型号			
增加新品牌 ☐	说明	补充品牌或填补现有空白				
新技术耗材 ☐ （附医务部批复复印件）	说明	☐ I类 ☐ II类 ☐ III类 ☐ IV类				
设备配套耗材 ☐	说明	设备资产编码、设备名称、品牌、型号：				
以上内容填写完成后先发送电子版（邮件主题：科室+申请人+耗材名）至邮箱med_engineer@vip.163.com，由医学装备部及招标采购中心协助临床市场调研后，申请科室再按意向在同级别中（如引进国产品牌，则只遴选国产；引进进口品牌，则只遴选进口品牌）推荐1-3种品牌少量购置使用。全部填写完成后按照以上相同的邮件主题格式发送电子版至邮箱初审，初审通过后将签字后的纸质版提交至医学装备部。如有疑问，联系电话：87393499						
四 市场调研同类耗材品牌信息（市场调研后填写，可附页）						
生产厂家（按意向从高到低排序）		产品注册证号	我院市场调研价	规格型号（填写拟入院的所有型号，可附页）	推荐或不推荐理由（技术性、安全性、价格优势、品牌认可度等）	拟购置体验的型号、数量（每种品牌不超过15例）
1	英国雅培糖尿病护理公司	国械注进20233070538	680元/盒	FreeStyle Libre 2	推荐理由：技术性符合，价格更低	FreeStyle Libre 2 数量10盒
2						

3						
4						
5						
6						
7						


③ 市场调研后填写信息

备注：少量购置仅作为临床使用体验，不代表正式入院，使用后需填写《医用耗材临床使用评价表》

五 新医用耗材使用后预计成效

新耗材对比现术式使用耗材的优势（提出量化指标：包括但不限于技术、成本、费用等）	产品准确度更高MARD值9.2%，增加了4岁及以上患者使用适应症，增加蓝牙实时传输，高低血糖值报警；配套系统可实现全院血糖管理，国内唯一获得iCGM认证，国内唯一核磁不会产生影响的产品；单个产品降价60元，每月减少科室耗材成本7000元，完整使用14天可满足患者的病情需求；门诊管理可以增加依从性及门诊项目服务费收费；住院患者全院血糖管理，减少住院天数，避免低血糖，提高医院因为血糖问题导致的住院时长增加的问题。		
是否可促进四级手术	☒ 否 ☐ 是（请填写四级手术增加数量）：		
是否有科研产出	☒ 否 ☐ 是（请填写科研产出情况）：		
预估年用量	200套	预估年费用（万元）	13.6万
科室2/3人员签字（含全体科干、支委）			
申报科室负责人签字			

六 相关部门调研意见（科室无需填写下列内容）

④ 审核意见	同类耗材在院及市场情况：	医学装备部签字	
	耗材物价医保情况：	医保管理办签字	
	项目及人员资质是否符合要求（非护理类耗材）：	医务部签字	
	项目及人员资质是否符合要求（护理类耗材）：	护理部签字	